

Konformitätsbescheinigung Declaration of Conformity

DE-M

REF 70.1114.xxx

Colour Code: hellgrau/ light grey	Hersteller Manufacturer	Pipetten-Typ Pipette Type	Volumen Volume
REF 70.1114	Eppendorf	Reference (4910)	0,1 - 2,5 µl
		Reference (4900, 4910)	2 - 20 µl
Research (3111)		0,1 - 2,5 µl	
REF 70.1114.100		Research (3111)	0,5 - 10 µl
REF 70.1114.105		Research (3114) 12 x 10	0,5 - 10 µl
		Research plus (3120)	0,1 - 2,5 µl
REF 70.1114.200		Research plus (3120)	0,5 - 10 µl
		Research plus (3122) 12 x 10	0,5 - 10 µl
REF 70.1114.210		Xplorer (4861) 12 x 10	0,5 - 10 µl
		REF 70.1114.215	
REF 70.1114.410	Thermo Scientific	Finnpipette Digital	0,2 - 2 µl

SARSTEDT AG & Co.
Sarstedtstr. 1
D-51588 Nümbrecht
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**

Konformitätsbescheinigung Declaration of Conformity

DE-M

Konformitätsbescheinigung

Für die auf der Rückseite aufgeführten Sarstedt-Pipettenspitzen, mit den jeweils nebenstehenden Kolbenhubpipetten, bescheinigen wir hiermit die Konformität nach der internationalen Prüfnorm ISO 8655-2 sowie der Deutschen Mess- und Eichverordnung vom 01.01.2015. Die Konformitätsbescheinigung steht für Richtigkeit und Präzision des gesamten Systems Pipette und Spitze.

Declaration of Conformity

We hereby confirm the conformity of the Sarstedt pipette tips listed on the back with the corresponding piston pipettes in accordance with the international standard ISO 8655-2 for piston pipettes. This Declaration of Conformity confirms the accuracy and precision of the entire pipette/tip unit.

Déclaration de Conformité

Par la présente, nous confirmons que les pointes Sarstedt pour micropipettes, listées au verso en regard des types de pipettes à piston, sont en conformité avec la Norme Internationale en vigueur ISO 8655-2 relative aux pipettes à piston. Cette déclaration de conformité confirme l'exactitude et les précisions des systèmes pipettes/pointes.

Dichiarazione di conformità

Con la presente si attesta la conformità dei puntali Sarstedt elencati a tergo alle corrispondenti pipette a stantuffo in accordo allo standard internazionale ISO 8655-2 per pipette a stantuffo. Questa dichiarazione di conformità garantisce l'accuratezza e precisione dell'insieme pipetta/puntale.

Declaración de Conformidad

Sirva la presente para confirmar la conformidad de las puntas de pipeta Sarstedt listadas en el reverso con las correspondientes pipetas de acuerdo con el Standard internacional ISO 8655-2. Esta Declaración de Conformidad confirma la exactitud y precisión de la punta de pipeta completa.

Declaração de Conformidade

Serve a presente para declarar que as pontas para micropipetas Sarstedt, listadas no verso, e as pipetas correspondentes, estão em conformidade com a norma internacional ISO 8655-2 para micropipetas. Esta Declaração de Conformidade atesta a exactidão e precisão do conjunto pipeta/ponta.

Konformitetsförklaring

Vi bekräftar härmed konformiteten på Sarstedts pipettspetsar, som är angivna på baksidan, med motsvarande pipetter enligt den internationella standarden ISO 8655-2 för pipetter. Denna konformitetsförklaring bekräftar exaktheten och precisionen för hela pipett/pipettspetsenheten.

Декларация Соответствия

Данным мы подтверждаем соответствие перечисленных наконечников для пипеток соответствующим автоматическим пипеткам по Международному стандарту ISO 8655-2 для автоматических пипеток. Данная Декларация Соответствия подтверждает точность и прецизионность всего комплекта пипетка/наконечник.